

お客様 各位

株式会社コスミックコーポレーション  
〒112-0002 東京都文京区小石川 2-7-3 富坂ビル  
電話 03-5802-5971



ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット (M) 新発売のご案内

謹啓 時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より弊社製品をお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。この度、原材料をポリクローナル抗体からモノクローナル抗体に変更した新製品、ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット (M) を発売することと致しました。従来品との仕様変更は以下の通りとなっております。引き続き、ご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- 発売予定日：2023年7月3日（月）
- 変更内容：

主な変更点		従来品	新製品
製品名		ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット	ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット (M)
製品コード		T994ZB31	T994ZB37
別売品		無し	MBP 陽性コントロール
MBP 標準液濃度		5 $\mu$ g/mL	容器に表示※
アッセイ時 振とうの有無※※ (一次反応・二次反応・三次反応・発色 反応時、洗浄時)		無し	有り
性能	感度	0 濃度標準液の吸光度:0.25 以下 MBP 濃度 2000pg/mL の溶液の吸光度: 2.25 以上	0 濃度標準液の吸光度:0.20 以下 MBP 標準液 4 の吸光度:1.50 以上
	正確性試験 (あらかじめ定められた値 に対する測定値の割合)	管理検体 1: $\pm 20\%$ 以内 (表示値 150~300pg/mL) 管理検体 2: $\pm 20\%$ 以内 (表示値 350~600pg/mL)	管理検体: $\pm 30\%$ 以内 (表示値 200~350pg/mL)
	再現性試験 (4 回同時に測定するとき の変動係数 (CV%))	管理検体 1: 15% 以下 (表示値 150~300pg/mL) 管理検体 2: 15% 以下 (表示値 350~600pg/mL)	管理検体: 15% 以下 (表示値 200~350pg/mL)
	測定範囲	記載なし	90~500pg/mL

※ロット毎に標準液の濃度が異なり、成績書の記載内容を変更致しました。  
 ※※振とう作業に伴い反応時間が一部変更されました。  
 なお詳細につきましては添付文書をご確認ください。

以上